

Bijlage bij protocol 'productveiligheid & aansprakelijkheid WLZ-3 2017 Versie12102017'

Rolstoelen

Soort product	Fabrikant	Merk/Type	Toegepast op	CE Markering	Crashtestsafe	Crashtestsafe sinds	Max. gebruikersgewicht	Brandveilig	anti-bacteriele behandeling	Convenant aanwezig	Laatste productiedatum
Rolstoel	L&M	Roxx NO		ja	ja	2006	160	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	L&M	Mixx		ja	ja	2006	125	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	L&M	Canto Nxt		ja	ja	2005	150	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	L&M/Karma	Leon		ja	ja	2016	140	ja	ja	Nvt	nvt
Rolstoel	L&M/Karma	Morgan		ja	ja	2016	140	ja	ja	Nvt	nvt
Rolstoel	L&M/Karma	Evo Lectus		Ja	Ja	2016	140	Ja	Ja	Nvt	nvt
Rolstoel	Sunrise Medical	Ibis Pro	nvt	ja	ja	2011	160	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	Sunrise Medical	Ibis XA/XC	nvt	ja	ja	2006	160	ja	ja	nvt	2011
Rolstoel	Sunrise Medical	frame)	nvt	ja	Nee	nvt	125	ja	ja	nvt	2008
Rolstoel	Sunrise Medical	Quickie 2 (Life i)	nvt	ja	ja	2009	170	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	Sunrise Medical	Puma 20	nvt	ja	ja	2010	160	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	Sunrise Medical	Puma 40	nvt	ja	ja	2010	160	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	Sunrise Medical	Puma Yes	nvt	ja	ja	2004	160	ja	ja	nvt	2012
Rolstoel	Invacare	Rea Focus		ja	ja	2004	135 / 150	ja	ja	nvt	nvt
Rolstoel	Permobil	C300		ja	ja	2004	120	ja	ja	nvt	mrt 2017
Rolstoel	Permobil	C350		ja	ja	2007	120	ja	ja	nvt	nog in productie
Rolstoel	Permobil	M400		ja	ja	2011	136	ja	ja	nvt	nog in productie
Rolstoel	Permobil	C400		ja	ja	2004	120	ja	ja	nvt	mrt 2017
Rolstoel	Permobil	C500		ja	ja	2004	120	ja	ja	nvt	mrt 2017
Rolstoel	Permobil	F5		ja	ja	2015	150	ja	ja	nvt	nog in productie
Rolstoel	Permobil	M3		ja	ja	2017	150	ja	ja	nvt	nog in productie
Rolstoel	Permobil	F3		ja	ja	2016	150	ja	ja	nvt	nog in productie
Rolstoel	Permobil	F5 VS		ja	ja	2015	136	ja	ja	nvt	nog in productie

Bijlage bij protocol 'productveiligheid & aansprakelijkheid WLZ-3 2017 Versie 12102017'
Aandrijfsystemen

Soort product	Fabrikant	Merk/Type	Toegepast op	CE markering	Combinatie CE gemarkeerd	Crashtestsafe	Crashtestsafe sinds	Max. gebruikersgewicht	Brandveilig	anti-bacteriele behandeling	Convenant aanwezig	Laatste productiedatum
Aandrijfsystemen	Mobility products	E-move	Ibis Pro	ja	nee	nee	nvt	150	nee	?	nee	nvt
Aandrijfsystemen	Mobility products	E-drive	Ibis Pro	ja	nee	nee	nvt	120	nee	?	nee	nvt
Aandrijfsystemen	Mobility products	E-move	Ibis XA/XC	ja	nee	nee	nvt	150	nee	?	nee	2011
Aandrijfsystemen	Mobility products	E-drive	Ibis XA/XC	ja	nee	nee	nvt	120	nee	?	nee	2011
Aandrijfsystemen	Mobility products	E-move	Quickie 2 (Life i)	ja	nee	nee	nvt	150	nee	?	nee	nvt
Aandrijfsystemen	Mobility products	E-drive	Quickie 2 (Life i)	ja	nee	nee	nvt	120	nee	?	nee	nvt
Aandrijfsystemen	L&M	@Work / @Ease	Roxx NO	ja	ja	ja	2016	150	nvt	nvt	ja	nvt
Aandrijfsystemen	L&M	@Work / @Ease	Canto Nxt	ja	ja	ja	2016	150	nvt	nvt	ja	nvt
Aandrijfsystemen	Sunrise Medical	Wheeldrive	Ibis Pro	ja	ja	ja	2014	130	ja		nvt	nvt
Aandrijfsystemen	Sunrise Medical	Wheeldrive	Ibis XA/XC	ja	ja	ja	2014	130	ja		nvt	2011
Aandrijfsystemen	Sunrise Medical	Wheeldrive	Quickie 2 (Life i)	ja	ja	ja	2014	130	ja		nvt	nvt
Aandrijfsystemen	Sunrise Medical	Lightdrive	Ibis Pro	ja	ja	ja	2009	115	ja		nvt	nvt
Aandrijfsystemen	Sunrise Medical	Lightdrive	Ibis XA/XC	ja	ja	ja	2009	115	ja		nvt	2011
Aandrijfsystemen	Sunrise Medical	Lightdrive	Quickie 2 (Life i)	ja	ja	ja	2009	115	ja		nvt	nvt
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-motion M15	Rea Focus	ja	ja	ja	15-8-2008	120 kg	ja	nvt	nvt	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-motion M15	Quickie 2 (Life i)	ja	ja	ja	15-8-2008	120 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-motion M15	Ibis XA	ja	ja	ja	15-8-2008	120 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-motion M15	Ibis Pro	ja	ja	ja	15-8-2008	120 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-motion M15	Roxx	ja	ja	ja	15-8-2008	120 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-motion M15	Canto Nxt	ja	ja	ja	15-8-2008	120 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E25/E26	Ibis XA/XC/Pro	ja	ja	ja	20-3-2006	120/160 kg	ja	nvt	ja	28-2-2015
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E25/E26	Rea Focus	ja	ja	ja	20-3-2006	120/160 kg	ja	nvt	ja	28-2-2015
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E25/E26	Quickie 2 (Life i)	ja	ja	ja	20-3-2006	120/160 kg	ja	nvt	ja	28-2-2015
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E35/E36	Rea Focus	ja	ja	ja	1-3-2015	120/160 kg	ja	nvt	nvt	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E35/E36	Quickie 2 (Life i)	ja	ja	ja	1-3-2015	120/160 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E35/E36	Ibis XA	ja	ja	ja	1-3-2015	120/160 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E35/E36	Ibis Pro	ja	ja	ja	1-3-2015	120/160 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber e-fix E35/E36	Roxx	ja	ja	ja	1-3-2015	120/160 kg	ja	nvt	nee	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber viamobil V25	Rea Focus	ja	ja	nvt	nvt	160 kg	ja	nvt	n.v.t.	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber viamobil V25	Quickie 2 (Life i)	ja	ja	nvt	nvt	160 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber viamobil V25	Ibis XA	ja	ja	nvt	nvt	160 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber viamobil V25	Ibis Pro	ja	ja	nvt	nvt	160 kg	ja	nvt	ja	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber viamobil V25	Roxx	ja	ja	nvt	nvt	160 kg	ja	nvt	nee	
Aandrijfsystemen	Invacare	Alber viamobil V25	CantoNxt	ja	ja	nvt	nvt	160 kg	ja	nvt	nee	

Voor de rode vlakken geldt:

- Primair is het uitgangspunt dat er bij een indicatiestelling geen inzet van het product plaats vindt indien er geen convenant is.
- Bij een reeds ingezet product geldt inzet totdat functionele inzet niet meer mogelijk is.
- Inzet wordt gecontinueerd indien een convenant wordt opgesteld; informatie in het rode vlak wordt dan door de fabrikant veranderd.
- Bijstelling van het schema geschiedt 2x per kalenderjaar (zie protocol).

Bijlage bij protocol 'productveiligheid & aansprakelijkheid WLZ-3 2017 Versie12102017'
Zitkuipen

Soort product	Fabrikant	Merk/Type	Toegepast op	CE markering	Combinatie CE gemarkeerd	Crashtestsafe	Crashtestsafe sinds	Max. gebruikersgewicht	Brandveilig	anti-bacteriele behandeling	Convenant aanwezig	Laatste productiedatum
Zitkuip	L&M	Kelvin	Ibis Pro	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	nvt
Zitkuip	L&M	Snellius	Ibis Pro	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	nvt
Zitkuip	L&M	Kelvin	Ibis XA/XC	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	2011
Zitkuip	L&M	Snellius	Ibis XA/XC	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	2011
Zitkuip	L&M	Kelvin	Puma 20	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	nvt
Zitkuip	L&M	Snellius	Puma 20	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	nvt
Zitkuip	L&M	Kelvin	Puma 40	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	nvt
Zitkuip	L&M	Snellius	Puma 40	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	nvt
Zitkuip	L&M	Kelvin	Puma Yes	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	2012
Zitkuip	L&M	Snellius	Puma Yes	ja	nee	nee	nvt	125	nee	?	Nee	2012
Zitkuip	L&M	Kelvin	CantoNxt	ja	ja	ja	2008	125	ja	ja	nvt	
Zitkuip	L&M	Snellius	CantoNxt, Aura	ja	ja	ja	2007	125	ja	ja	nvt	
Zitkuip	Sunrise Medical	Nuage PLS	Ibis Pro	ja	ja	ja	2013	120	ja	ja	Nvt	
Zitkuip	Sunrise Medical	Nuage PLS	Ibis XA/XC	ja	ja	ja	2011	120	ja	ja	Nvt	
Zitkuip	Sunrise Medical	Nuage PLS	Puma 40	ja	ja	ja	2013	120	ja	ja	Nvt	
Zitkuip	Sunrise Medical	Nuage PLS	Puma 20	ja	ja	ja	2013	120	ja	ja	Nvt	
Zitkuip	Sunrise Medical	Nuage PLS	Puma Yes	ja	ja	ja	2011	120	ja	ja	Nvt	
Zitkuip	Keizer	Nuage Classic	Ibis Pro	ja	nee	ja	2013	120	ja	ja	ja	
Zitkuip	Keizer	Nuage Classic	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2011	120	ja	ja	ja	
Zitkuip	Keizer	Nuage Classic	Puma 20	ja	nee	ja	2013	120	ja	ja	ja	
Zitkuip	Keizer	Nuage Classic	Puma 40	ja	nee	ja	2013	120	ja	ja	ja	
Zitkuip	Keizer	Nuage Classic	Puma Yes	ja	nee	ja	2011	120	ja	ja	ja	
Zitkuip	Keizer	Nuage Classic	CantoNxt, Aura	ja	ja	ja	2015	125	ja	ja	ja	
Zitkuip	Dyna Products	Dyna	Puma 20	ja	nee	nee	nvt	125	ja	ja	ja	
Zitkuip	Dyna Products	Dyna	Ibis Pro	ja	nee	nee	nvt	125	ja	ja	ja	
Zitkuip	Dyna Products	Dyna	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2011	125	ja	ja	ja	
Zitkuip	Dyna Products	Dyna	Puma 40	ja	nee	nee	nvt	125	ja	ja	ja	
Zitkuip	Dyna Products	Dyna	Puma Yes	ja	nee	ja	2011	125	ja	ja	ja	

Voor de rode vlakken geldt:

- Primair is het uitgangspunt dat er bij een indicatiestelling geen inzet van het product plaats vindt indien er geen convenant is.
- Bij een reeds ingezet product geldt inzet totdat functionele inzet niet meer mogelijk is.
- Inzet wordt gecontinueerd indien een convenant wordt opgesteld; informatie in het rode vlak wordt dan door de fabrikant veranderd.
- Bijstelling van het schema geschiedt 2x per kalenderjaar (zie protocol).

Bijlage bij protocol 'productveiligheid & aansprakelijkheid WLZ-3 2017 Versie12102017'
Orthesen

Soort product	Fabrikant	Merk/Type	Toegepast op	CE markering	Combinatie CE gemarkeerd	Crashtestsafe	Crashtestsafe sinds	Max. gebruikersgewicht	Brandveilig	anti-bacteriele behandeling	Convenant aanwezig	Laatste productiedatum
Orthesen	Perteon	Perteon	Ibis Pro	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Perteon	Perteon	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2011	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	Perteon	Perteon	Puma 40	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Perteon	Perteon	Puma Yes	ja	nee	ja	2011	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	Perteon	Perteon	Puma 20	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Perteon	Perteon	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2013	160	ja	ja	ja	
Orthesen	Perteon	Perteon Itura	Canto nxt duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Perteon	Perteon Itura	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Perteon	Perteon Itura	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal	Ibis Pro	ja	nee	ja	2013	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2012	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal	Quickie 2 (Life i)	ja	nee	ja	2017*	136	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal	Puma 20	ja	nee	ja	2013	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal	Puma 40	ja	nee	ja	2013	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal ABS	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2014	160	ja	ja	ja	
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Flex rond	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2014	160	ja	ja	ja	
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft rond	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2014	160	ja	ja	ja	
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft vlak	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2014	160	ja	ja	ja	
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal	Puma Yes	ja	nee	ja	2012	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal ABS	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Flex rond	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft rond	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft vlak	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal ABS	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Flex rond	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft rond	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft vlak	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal ABS	Canto NXT duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Flex rond	Canto NXT duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft rond	Canto NXT duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthototaal	Orthototaal Soft vlak	Canto NXT duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Ortho innovatief	Ortho innovatief	Ibis Pro	ja	nee	ja	2010	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Ortho innovatief	Ortho innovatief	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2010	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	Ortho innovatief	Ortho innovatief	Quickie 2 (Life i)	ja	nee	ja	2010	136	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Ortho innovatief	Ortho innovatief	Puma 20	ja	nee	ja	2010	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Ortho innovatief	Ortho innovatief	Puma 40	ja	nee	ja	2010	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Ortho innovatief	Ortho innovatief	Puma Yes	ja	nee	ja	2010	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	Kersten	Kersten	Ibis Pro	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Kersten	Kersten	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	Kersten	Kersten	Puma 20	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Kersten	Kersten	Puma 40	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Kersten	Kersten	Puma Yes	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	Kersten	Kersten	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2013	160	ja	ja	ja	
Orthesen	RZ	RZ	Ibis Pro	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2013	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	RZ	RZ	Quickie 2 (Life i)	ja	nee	ja	2017*	136	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ	Puma 20	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt

Orthesen	RZ	RZ	Puma 40	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ	Puma Yes	ja	nee	ja	2013	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	RZ	RZ Classic standaard	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2013	160	nee	?	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Classic Flex	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2013	160	nee	?	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Contour	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja		160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Classic standaard	Canto NXT duw en zelfrij	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Classic Flex	Canto NXT duw en zelfrij	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Contour	Canto NXT duw en zelfrij	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Classic standaard	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Classic Flex	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Contour	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Classic standaard	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Classic Flex	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	RZ	RZ Contour	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Bert Steevens	Bert Stevens	Ibis Pro	ja	nee	ja	2014	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Bert Steevens	Bert Stevens	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	Bert Steevens	Bert Stevens	Puma 20	ja	nee	ja	2014	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Bert Steevens	Bert Stevens	Puma 40	ja	nee	ja	2014	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Bert Steevens	Bert Stevens	Puma Yes	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	Bert Stevens	Bert Stevens	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2013	160	ja	ja	ja	
Orthesen	Lewis	Lewis	Match duw en zelfrijder	ja	nee	nee	2017	160	nee	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	CantoNxt duw en zelfrijde	ja	nee	nee	2017	161	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	Leon	ja	nee	ja	2017	135	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	Morgan	ja	nee	ja	2017	135	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	Roxx	ja	nee	ja	2017	135	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	Puma Yes	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	Lewis	Lewis	Puma 40	ja	nee	ja	2015	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	Ibis Pro	ja	nee	ja	2015	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2017*	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	Lewis	Lewis	Quickie 2 (Life i)	ja	nee	nee	Binnenkort	136	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Lewis	Lewis	Puma 20	ja	nee	ja	2015	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg	Puma Yes	ja	nee	ja	2011	160	ja	ja	ja	2012
Orthesen	Welzorg	Welzorg	Ibis XA/XC	ja	nee	ja	2011	160	ja	ja	ja	2011
Orthesen	Welzorg	Welzorg	Puma 20	ja	nee	ja	2015	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg	Puma 40	ja	nee	ja	2015	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg orthese PUR orthese	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2015	150	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg orthese Aquarius	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2015	150	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg orthese Polyester	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2015	150	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg Orthesen	Canto NXT duw en zelfrij	ja	ja	ja		150	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg	Ibis Pro	ja	nee	ja	2015	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Welzorg	Welzorg	Leon en Morgan	ja	nee	ja	2015	160	ja	ja	nee	nvt
Orthesen	Exello	Exello	Canto NXT duw en zelfrij	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Exello	Exello	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Exello	Exello	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Exello	Exello	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthoinnovatief	Orthoinnovatief orthese	Match duw en zelfrijder	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthoinnovatief	Orthoinnovatief orthese	Leon	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt
Orthesen	Orthoinnovatief	Orthoinnovatief orthese	Morgan	ja	ja	ja	2017	160	ja	ja	ja	nvt

Voor de rode vlakken geldt:

- Primair is het uitgangspunt dat er bij een indicatiestelling geen inzet van het product plaats vindt indien er geen convenant is.
- Bij een reeds ingezet product geldt inzet totdat functionele inzet niet meer mogelijk is.
- Inzet wordt gecontinueerd indien een convenant wordt opgesteld; informatie in het rode vlak wordt dan door de fabrikant veranderd.
- Bijstelling van het schema geschiedt 2x per kalenderjaar (zie protocol).